# Comment assembler et utiliser votre nébuliseur **eFlow®*rapid***

**1**



Raccordez la membrane en acier à la cuve de nébulisation.

**2**



Insérez la valve inspiratoire bleue dans la partie avant du nébuliseur.

**3**



Refermez le nébuliseur en amenant la partie avant sous la languette.

**4**



Installez l'embout buccal.

**5**



Raccordez le nébuliseur au générateur ; si nécessaire (usage sur secteur) raccordez le générateur à la prise de courant.

**6**



Remplissez la cuve du médicament à nébuliser (volume minimum 2 ml / maximum 6 ml).

**7**



Placer le couvercle sur la cuve et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

**8**



Le couvercle doit former un dôme continu et ne doit plus pouvoir tourner.

**9**



Appuyez sur l'interrupteur noir jusqu'à l'allumage du témoin lumineux vert et au déclenchement du signal sonore. L'aérosol (nuage) commence à sortir du nébuliseur.

**10**



Placez l'embout dans la bouche ; respirez lentement et profondément jusqu'au déclenchement du double signal sonore indiquant la fin du traitement. La séance dure environ 3 mn pour 2,5 ml de médicament et maximum 10 mn pour 5 ml de médicament.

**Consultez également la notice d'instructions complète de l'eFlow®*rapid*.**

# Comment entretenir votre nébuliseur **eFlow®*rapid***

A faire après chaque séance :

**11**



Détachez le nébuliseur du générateur.

**12**



Ouvrez le couvercle et videz le reste de médicament dans l'évier.

**13**



Démontez complètement le nébuliseur.

**14**



**Nettoyage**
Nettoyez toutes les pièces du nébuliseur avec de l'eau chaude et un peu de détergent pendant 5 minutes.

**15**

Rincez toutes les pièces sous le jet d'eau ; en particulier rincez les faces avant et arrière de la membrane en acier sous le jet d'eau.

**16**

**Desinfection**
Utilisez un désinfecteur à vapeur pour biberons; le temps d'exposition à la vapeur doit être d'au moins 6 minutes. Respectez le mode d'emploi du désinfecteur

**Méthode alternative :**
Faites bouillir toutes les pièces du nébuliseur (y compris le tamis) dans de l'eau déminéralisée ou distillée pendant au moins 5 minutes.

**17**



**Séchage**
Placez toutes les pièces du nébuliseur sur un revêtement sec, propre et absorbant et laissez-les entièrement sécher (durant 4 heures au minimum).

**18**



Le nébuliseur eFlow rapid doit être remplacé tous les six mois.

**Consultez également la notice d'instructions complète de l'eFlow®*rapid*.**

CE 0123

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg · GERMANY
www.pari.com

**PARI PulmoMed SARL,**
Z.A. du Petit Nanterre 11, avenue de l'île Saint-Martin,
92737 Nanterre Cedex,
Tel.: +33 (0) 1 56 83 85 00, Fax: +33 (0) 1 56 83 85 09,
E-Mail: clients@pari-pulmomed.fr

051D1006-06-2018